

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

| | | | |
|---|---|----|-------------|
| 申請人名稱 | 升暘企業股份有限公司 | | |
| 申請人地址 | 高雄市前鎮區興化街 133 巷 9 號 | 電話 | 07-813-5500 |
| 製造人名稱 | 升暘企業股份有限公司 | | |
| 製造人地址 | 高雄市前鎮區興化街 133 巷 9 號 | 電話 | 07-813-5500 |
| 型式檢定合格之機械設備器具種類及型式 | 電阻測溫體/熱電偶 RCH-12-B-1-B-3-A-1-S-1-L-1-B | | |
| 防爆規格標示 | Ex d IIB+H ₂ T6 Gb | | |
| 型式檢定合格字號 | 工電(2014)第 00268 號 | | |
| 第一次發證日期 | 中華民國 103 年 11 月 18 日 | | |
| 展延發證日期 | 中華民國 106 年 09 月 30 日 | | |
| 有效期限 | 中華民國 106 年 11 月 18 日 至 109 年 11 月 17 日 | | |
| <p>1. 依據標準： CNS 3376-0 : 2014 ; CNS 3376-1 : 2008 。</p> <p>2. 電氣規格： 10~24 Vdc 。</p> <p>3. 適用周溫： -20°C~+40°C 。</p> <p>4. 主要組成： 上蓋(不鏽鋼/SS316)、O-ring(NBR)、下蓋(不鏽鋼/SS316)、短管(不鏽鋼/SS316)、固定環(不鏽鋼/SS316)、感溫棒(不鏽鋼/SS316)、接頭(不鏽鋼/SS316)、防爆耐壓襯墊式接頭(不鏽鋼/SS316)。</p> <p>5. 同一型式： 詳見附錄說明。</p> <p>6. 特殊條件： 無。</p> <p>7. 例行試驗： 產製廠應依 CNS 3376-1 第 16.1 節之要求，對本設備外殼逐一實施過壓試驗，試驗壓力為 1100 kPa，持壓時間至少 10 秒。</p> <p>8. 發行版次： 第 1 次發行 (A201400172) (103-11-18) 第 2 次發行 (A201700230) (106-09-30) 第 3 次發行 (A1070087) (107-11-22)</p> | | | |

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號



防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

工電(2014)第 00268 號

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 申請人名稱 | 升暘企業股份有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 9.附錄： | | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| RCH | -12 | -B | -1 | -B | -3 | -A | -1 | -S | -1 | -L | -1 | -B |

(1) 電阻測溫棒護套型式：RCH：護套與接線盒間無短管
RCN：護套與接線盒間有短管
RCU：護套與接線盒間有由任(union)

(2) 接線盒材質：12：不銹鋼。

(3) 測溫棒型式 A：彈簧六角牙口型、B：彈簧立布牙口型、
C：焊接六角牙口型、D：焊接立布牙口型。

(4) 測溫棒接頭尺寸：1：1/2"NPT、2：3/4"NPT。

(5) 電纜接頭尺寸：B：3/4"NPT(F)。

(6) 測溫棒外徑(mm)：1：1.6、2：3.2、3：4.8、4：6.0、5：8.0、6：9.0、
7：12.75、8：1.0、9：1.2、10：2.3、11：2.7、
12：3.0、13：3.175、14：3.8、15：4.0、16：4.5、
17：4.72、18：5.0、19：6.35、20：6.4、21：10.0、
22：12.0、23：12.7、24：13.8、25：15.0、26：16.0、
27：18.0、28：19.0、29：20.0、30：21.34、31：21.7。

(7) 測溫棒護套(外皮)材質：A：SS316/SS316L。

(8) 測溫棒內部元件型式：1：PT100Ω。

(9) 元件數目：S：單組、D：雙組。

(10) 測溫棒精密等級：1：Class A、2：Class B。

(11) 測溫棒插入長度(mm)：15~40000 mm。

(12) 傳送器型式：1：NT-IB、2：5335A(SIL)、3：5335D(SIL)、5：不附加。

(13) 工研院型式檢定：B：Ex d IIB+H₂ T6 Gb。

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

工電(2014)第 00268 號

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 申請人名稱 | 升暘企業股份有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| TCH -12 -B -1 -B -5 -A -N -S -G -1 -L -1 -B | | | | | | | | | | | | | |

- (1) 電阻測溫棒護套型式：TCH：護套與接線盒間無短管
TCN：護套與接線盒間有短管
TCU：護套與接線盒間有由任(union)
- (2) 接線盒材質：12：不銹鋼。
- (3) 測溫棒型式：A：彈簧六角牙口型、B：彈簧立布牙口型、
C：焊接六角牙口型、D：焊接立布牙口型。
- (4) 測溫棒接頭尺寸：1：1/2”NPT、2：3/4”NPT。
- (5) 電纜接頭尺寸：B：3/4”NPT(F)。
- (6) 測溫棒外徑(mm)：1：1.0、2：1.6、3：3.2、4：4.8、5：6.0、6：8.0、
7：1.2、8：2.3、9：2.7、10：3.0、11：3.175、
12：3.8、13：4.0、14：4.5、15：4.72、16：5.0、
17：6.35、18：6.4、19：9.0、20：10.0、21：12.0、
22：12.7、23：12.75、24：13.8、25：15.0、
26：16.0、27：18.0、28：19.0、29：20.0、30：21.34、
31：21.7。
- (7) 測溫棒護套(外皮)材質：A：SS316/SS316L、B：SS310、C：Inconel 600。
- (8) 測溫棒內部元件型式：N(正:鎳鉻矽合金，負:鎳矽合金)、K(正:鎳鉻合金，負:鎳合金)、E(正:鎳鉻合金，負:銅鎳合金)、J(正:鐵，負:銅鎳合金)、T(正:銅，負:銅鎳合金)。
- (9) 元件數目：S：單組、D：雙組。
- (10) 接地型式：G：接地、U：非接地、US：非接地分開型。
- (11) 測溫棒精密等級：1：Class 1、2：Class 2、3：Class 3。
- (12) 測溫棒插入長度(mm)：15~40000 mm。
- (13) 傳送器型式：1：NT-IB、2：5335A(SIL)、3：5335D(SIL)、5：不附加。
- (14) 工研院型式檢定：B：Ex d IIB+H₂ T6 Gb。

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號